

**INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ELECTROMEDICINA (RD 1214/2009)****FAMILIA PROFESIONAL : Electricidad y Electrónica**

<b>NIVEL</b>	<b>2</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ELEQ0108</b>
<b>DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:</b>	<b>600 horas</b>	<b>NORMATIVA</b>	<b><a href="#">RD 1214/2009</a></b>

<b>UNIDADES DE COMPETENCIA</b>		<b>MÓDULOS FORMATIVOS</b>			
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Horas</b>	<b>Unidades Formativas</b>
<b>UC1269_2</b>	Instalar sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas	<b>MF1269_2</b>	Instalación de sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas	300	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UF0398: (Transversal) Equipos de electromedicina para el diagnóstico y la terapia (80 horas).</li> <li>- UF0399: Montaje de sistemas de electromedicina (80 horas).</li> <li>- UF0400: Puesta en marcha de sistemas de electromedicina (80 horas).</li> <li>- UF0401: (Transversal) Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de electromedicina (60 horas).</li> </ul>
<b>UC1270_2</b>	Mantener sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas	<b>MF1270_2</b>	Mantenimiento de sistemas de electromedicina	320	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UF0398: (Transversal) Equipos de electromedicina para el diagnóstico y la terapia (80 horas).</li> <li>- UF0402: Mantenimiento preventivo de sistemas de electromedicina (90 horas).</li> <li>- UF0403: Diagnóstico de averías y mantenimiento correctivo de sistemas de electromedicina (90 h).</li> <li>- UF0401: (Transversal) Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de electromedicina (60 horas).</li> </ul>
		<b>MP0086</b>	Módulo de prácticas profesionales no laborales de instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina	120	

<b>Correspondencia con títulos de Formación Profesional /Normativa</b>	<b>Requisitos necesarios para el ejercicio profesional</b>	<b>Certificado de Profesionalidad derogado</b>
<b>No hay correspondencia</b>	El personal que manipule material o equipos radiactivos en una instalación, deberá estar en posesión, según lo indicado en el Art. 55 del RD 1836/99, de una licencia de operador concedida por el Consejo de Seguridad Nuclear.	